

**ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВВОДА
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
МЕТОДОМ ПАРОФАЗНОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
(СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)**

© А. А. Швець, М. А. Сумцов*

2024. Т. 97. № 4. С. 268–276

DOI: 10.31857/S0044461824040017; EDN: FOSJED

Страница 275, таблица 5

напечатано

Таблица 5

Соответствие полученных результатов заявленным критическим параметрам методики анализа

Определяемый компонент	Растворитель	Пробоотборник	
		НТА НТ2000Н	Agilent G1888
Триэтиламин	Диметилсульфоксид	Соответствует	Соответствует
Уксусная кислота		Соответствует	Соответствует
N,N-Диметилформамид		Не соответствует	Не соответствует
Триэтиламин	Вода	Соответствует	Соответствует
Уксусная кислота		Не соответствует	Не соответствует
N,N-Диметилформамид		Не соответствует	Не соответствует

следует читать

Таблица 5

Соответствие полученных результатов заявленным критическим параметрам методики анализа

Определяемый компонент	Растворитель	Пробоотборник		
		НТА НТ2000Н	Agilent G1888	Agilent 7697A
Триэтиламин	Диметилсульфоксид	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Уксусная кислота		Соответствует	Соответствует	Соответствует
N,N-Диметилформамид		Не соответствует	Не соответствует	Соответствует
Триэтиламин	Вода	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Уксусная кислота		Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
N,N-Диметилформамид		Не соответствует	Не соответствует	Соответствует